PATS-W V3

Artikelnummer: 626000763

PATS-W V3

PATS-W V3 is een basis softwarepakket om gegevens van periodieke keuringen te verwerken op de computer. Hiermee is het mogelijk om een lijst aan te leggen van alle bedrijfsmiddelen die periodiek gekeurd dienen te worden.

Na uitvoering van de controles met de PAT3140S, MultiPAT, MultiPAT 3140 of MultiPAT XE zijn de meet-resultaten vanuit het testapparaat rechtstreeks in te lezen op de PC. Vervolgens kan van elk geregistreerd apparaat of van elk geregistreerde machine een testcertificaat geprint worden na het handmatig invullen van de verwante gegevens (merk, type etc.)

Mogelijkheiden

- Registratie van al uw testresultaten
- Uitdraaien van certificaten die geheel naar wens kunnen worden opgemaakt
- Ondersteuning van de PAT3140S, MultiPAT, MultiPAT 3140 en MultiPAT XE
- Netwerk ondersteuning. De database kan op een netwerkschijf worden geplaatst
- Sorteer- en selectiemogelijkheden voor zowel hoofdscherm en testlijsten (afzonderlijk in te stellen)
- Mogelijkheid tot het uitdraaien van een testlijst van te keuren apparaten die in een bepaalde periode moeten worden gekeurd
- Mogelijkheid om verlopen keuringsdata te printen



TEST CERTIFICAAT

Nieaf-Smitt BV
Vriesdaltlaan 6
3526 AA Utrecht

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is gekeurd volgens NEN-EN501 10/NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen.

Apparaat:	**Acculader**	*Gekeurd door:*	**J. Jansen**
Type:	**AL1411**	*Testnummer:*	**0001**
Code:	**0007**	*Testmode:*	**TEST**
Merk:	**Bosch**	*Testinstrument:*	**MULTIPAT 3140**
Serienummer:	**S9945**	*Serienummer:*	**Z22-0484**
Datum van test:	**21-9-2011**	*Testcode:*	

Visuele controle:		
Testshoom beschermingsleiding:		
Weerstand beschermingsleiding:		
Isolatieweerstand:	**>99.99 MEG**	**Goed**
Vervangende lekstroom:	**< 0.20 mA**	**Goed**
Lekstroom door aanraking:		
Reële lekstroom:	**< 0.15 mA**	**Goed**
Opgenomen vermogen:	**0.028 kVA**	**Goed**

Handtekening: *22-9-2011*

Aanvullingen en updates

Artikel nummer: 626000683 (update PATS-W Vx → PATS-W V3)

Inclusief

- Handleiding

Minimum systeemeisen

Specificaties	
Besturing software	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Processor snelheid	Pentium 200 of hoger
Geheugen	16 Mb RAM
Vrije schrijfruimte	50 Mb